

	<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 0008506/2025</b>
<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 03	<b>Produto:</b> Ágar Mueller Hinton Sangue	Data de Emissão: 30/06/2025

<b>Medida:</b> 90x15	<b>Apresentação:</b> Embalagem com 10 placas
<b>Código:</b> 300M22016	<b>Registro MS:</b> 81472060007

<b>Data de Fabricação</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>Lote N°</b>
24/06/2025	22/09/2025	25262-05

**Análises Físico-Químicas**

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
<b>Coloração</b>	Vermelho	Conforme
<b>Espessura</b>	4,00 mm	Conforme
<b>pH:</b>	7,3 ± 0,2	7.42

**Controle de Qualidade**

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	Especificação	Resultado	Liberação
<b>Eritromicina 15µg</b>	26-32 mm	28 mm	Conforme
<b>Ertapenem 10µg</b>	28-34 mm	30 mm	Conforme
<b>Cefpodoxima 10µg</b>	29-35 mm	31 mm	Conforme
<b>Ciprofloxacina 5µg</b>	22-28 mm	26 mm	Conforme
<b>Moxifloxacina 5µg</b>	24-30 mm	26 mm	Conforme

Haemophilus influenzae ATCC 8468	Especificação	Resultado	Liberação
<b>Eritromicina 15µg</b>	12-18 mm	16 mm	Conforme
<b>Cefpodoxima 10µg</b>	28-34 mm	30 mm	Conforme
<b>Ciprofloxacina 5µg</b>	32-40 mm	35 mm	Conforme
<b>Moxifloxacina 5µg</b>	29-35 mm	30 mm	Conforme
<b>Tetraciclina 10µg</b>	28-34 mm	31 mm	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
<b>24 horas 37°C</b>	Ausência de desenvolvimento de microrganismos.	Conforme
<b>72 horas 37°C</b>	Ausência de desenvolvimento de microrganismos.	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

Itu - SP, 30 de Junho de 2025

<b>Analisado por</b>	Andrei Silva	Qualidade
<b>Revisado e Aprovado</b>	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP