

|                                                                                   |                                                  |  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | <b>FORMULÁRIO</b>                                |  | <b>FR 02 001</b>            |
|                                                                                   | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                    |  | <b>Nº: 00121/2025</b>       |
| <b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>                     |                                                  |  |                             |
| Versão: 03                                                                        | <b>Produto:</b> Ágar Cromogênico Urina Bipartida |  | Data de Emissão: 10/01/2025 |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Medida:</b> 90x15      | <b>Apresentação:</b> Embalagem com 10 placas |
| <b>Código:</b> 300M22075H | <b>Registro MS:</b> 81472060002              |

|                           |                         |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Data de Fabricação</b> | <b>Data de Validade</b> | <b>Lote Nº</b> |
| 07/01/2025                | 07/05/2025              | 25022-02       |

**Análises Físico-Químicas**

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Coloração           | Âmbar         | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm         | Conforme             |
| pH:                 | 6,0 – 6,3     | 6,1                  |

**Controle de Qualidade**

| Cepas                            | Controle | Especificação                                                      | Resultado encontrado |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Escherichia coli ATCC 25922      | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.         | Conforme             |
| Klebsiella pneumonie ATCC 13883  | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, cor azul esverdeado        | Conforme             |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Positivo | Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa                   | Conforme             |
| Proteus mirabilis ATCC 29906     | Positivo | Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado. | Conforme             |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Positivo | Presença de colônias brancas.                                      | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 10 de Janeiro de 2025

|                            |                            |                    |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Analisado por</b>       | Augusto Peron Nunes        | Qualidade          |
| <b>Revisado e Aprovado</b> | Natalia Venturinelli Nobre | RT / CRBM 28001/SP |