

	<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 00301/2025</b>
<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 03	<b>Produto:</b> Kit Sangue Oculto	Data de Emissão: 07/01/2025

<b>Quantidade:</b> 20 testes	<b>Apresentação:</b> Kit
<b>Código:</b> SOF1-020-1	<b>Registro MS:</b> 81472060008

<b>Data de Fabricação</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>Lote N°</b>
03/01/2025	23/12/2025	24521-03

#### Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
<b>Aspectos Reagente</b>	limpido sem precipitação	Conforme
<b>pH do Reagente</b>	8,5	Conforme
<b>Aspecto da Fita</b>	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
<b>Aspecto do Cassete</b>	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
<b>Linha Controle</b>	Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
<b>Controle Negativo</b>	Apenas a Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
<b>Controle Positivo</b>	Linha colorida na região do Controle (C) validando o teste e Linha colorida na região do Teste (T)	Conforme

**Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO**

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 07 de Janeiro de 2025

<b>Analisado por</b>	Augusto Peron Nunes	Qualidade
<b>Revisado e Aprovado</b>	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP