



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 00308/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 02	<b>Produto:</b> Ágar Cromogênico Urina 60x15	Data de Emissão: 10/08/2024

**Código:** 300M22088

**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas

**Lote:** 24323-02

**Data de Fabricação:** 07/08/2024

**Data de Validade:** 08/12/2024

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300M22088	Ágar Cromogênico Urina 60x15	24323-02

#### Análises Físico-Químicas

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Coloração</b>	Cinza opaco	Conforme
<b>Espessura</b>	4,0mm	Conforme
<b>pH:</b>	6,0 – 6,3	6,1

#### Controle de Qualidade

<b>Cepas</b>	<b>Controle</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Escherichia coli ATCC 25922</b>	Positivo	Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.	Conforme
<b>Klebsiella pneumoniae ATCC 13883</b>	Positivo	Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa	Conforme
<b>Enterococcus faecalis ATCC 29212</b>	Positivo	Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado.	Conforme
<b>Proteus mirabilis ATCC 29906</b>	Positivo	Presença de colônias brancas.	Conforme

<b>Incubação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico.

Itu 10 de Agosto de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP