



| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| FORMULÁRIO | FR 02 001 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Nº: 00311/2024 |

| | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE | | |
| Versão: 01 | Produto: Urease Test Kit | Data: 05/11/2024 |

Código: 300F03001 **Registro MS:** 81472060001 **Apresentação:** Embalagem com 50 tubos
Lote: 24393-03E **Data de Fabricação:** 01/11/2024 **Data de Validade:** 25/09/2025

| Código | Componente | Lote N° |
|---------------|-------------------|----------------|
| 300F03001 | Urease Test Kit | 24393-03E |

Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Coloração | Amarelo Citrico | Conforme |
| Volume | 0,5 ml | Conforme |
| pH: | 4,5 - 4,9 | 4,9 |

Controle de Qualidade

| Cepas | Controle | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Proteus mirabilis</i> | Positivo | Coloração rosada em < 5 min | Conforme |
| <i>Escherichia coli</i> | Negativo | Não há alteração em até 30min | Conforme |

| Incubação | Especificação | Resultado encontrado |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme |

Situação do teste: (x) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 05 de Novembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001