

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 00407/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

Produto: Ágar CLED Bipartida**Data de Emissão:** 05/07/2024**Código:** 300M22063**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24272-01**Data de Fabricação:** 02/07/2024**Data de Validade:** 30/09/2024

Código	Componente	Lote Nº
300M22063	Ágar CLED Bipartida	24272-01

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Azul Esverdeado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,5	7,4

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias medias ou grandes amareladas. *Após 48hs de incubação	Conforme
Proteus vulgaris ATCC 13315	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias azuis translúcidas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 05 de Julho de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP