



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 05101/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Chocolate Bipartido 90x15

Data de Emissão: 06/09/2024

Código: 300M22092

Registro MS: 81472060003 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24362-04

Data de Fabricação: 03/09/2024

Data de Validade: 02/12/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22005	Ágar Chocolate Bipartido	24362-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Castanho escuro - Chocolate	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,9 – 7,3	7,2

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Haemophilus influenza ATCC 10211	Positivo	Crescimento excelente	Conforme
Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226	Positivo	Crescimento excelente	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 06 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP