



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 00611/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar TSA Sangue

Data de Emissão: 05/11/2024

Código: 300M22022

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24445-02

Data de Fabricação: 01/11/2024

Data de Validade: 30/01/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22022	Ágar TSA Sangue	24445-02

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7.3 ± 0.2	7,2

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Hemólise Gama: <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Positivo	Presença de halo transparente ao redor das colônias. Lise total dos eritrócitos. Hemólise Beta positiva.	Conforme
Hemólise Beta: <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Positivo	Presença de halo esverdeado ao redor das colônias. Lise parcial dos eritrócitos. Hemólise Alfa positiva.	Conforme
Hemólise Alfa: <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Negativo	Ausência de halos ao redor das colônias. Eritrócitos íntegros. Sem hemólise.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 05 de Novembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP