

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 00701/2025
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar SS / MacConkey		Data de Emissão: 03/01/2025

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22062	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote Nº
03/01/2025	03/05/2025	25015-01

Análises Físico-Químicas – Ágar SS

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho alaranjado.	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,4	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Salmonella entérica ATCC 6962	Positivo	Crescimento excelente. Colônias com centro negro	Conforme
Shigella flexneri ATCC 129022	Positivo	Crescimento razoável a bom. Colônias cor de rosa-claro a incolores	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Crescimento inibido.	Conforme

Análises Físico-Químicas – Ágar MacConkey

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Rosa Avermelhado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,3	7,1

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 00701/2025
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar SS / MacConkey		Data de Emissão: 03/01/2025

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Colônias cor de rosa com precipitados.	Conforme
Proteus mirabilis ATCC 29906	Positivo	Colônias incolores.	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Inibição completa.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 07 de Janeiro de 2025

Analisado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP