

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 00705/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE****Versão: 02****Produto: Ágar CLED****Data de Emissão: 06/05/2024****Código: 300M22008****Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas****Lote: 24185-04****Data de Fabricação: 03/05/2024****Data de Validade: 31/08/2024**

Código	Componente	Lote Nº
300M22008	Ágar CLED	24185-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Azul Esverdeado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,5	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias medias ou grandes amareladas. *Após 48hs de incubação	Conforme
Proteus vulgaris ATCC 8427	Positivo	Crescimento moderado a denso, colônias azuis translúcidas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 06 de Maio de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP