



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>FORMULÁRIO</b>             | <b>FR 02 001</b>      |
| <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b> | <b>Nº: 00711/2024</b> |

|   |                                 |                             |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b> |                                 |                             |
| Versão: 02  | <b>Produto:</b> Ágar TSA Sangue | Data de Emissão: 05/11/2024 |

**Código:** 300M22022      **Registro MS:** 81472060002      **Apresentação:** Embalagem com 10 placas  
**Lote:** 24445-03      **Data de Fabricação:** 01/11/2024      **Data de Validade:** 30/01/2025

| Código    | Componente      | Lote N°  |
|-----------|-----------------|----------|
| 300M22022 | Ágar TSA Sangue | 24445-03 |

#### Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Coloração           | Vermelho      | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm         | Conforme             |
| pH:                 | 7.3 ± 0.2     | 7,2                  |

#### Controle de Qualidade

| Cepas  | Controle | Especificação  | Resultado encontrado |
|--|----------|--|----------------------|
| <b>Hemólise Gama: <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212</b>    | Positivo | Presença de halo transparente ao redor das colônias. Lise total dos eritrócitos. Hemólise Beta positiva. | Conforme             |
| <b>Hemólise Beta: <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923</b>    | Positivo | Presença de halo esverdeado ao redor das colônias. Lise parcial dos eritrócitos. Hemólise Alfa positiva. | Conforme             |
| <b>Hemólise Alfa: <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619</b> | Negativo | Ausência de halos ao redor das colônias. Eritrócitos íntegros. Sem hemólise.                             | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 05 de Novembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP