



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 00809/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 00	Produto: Kit Sangue Oculto	Data: 06/09/2024
------------	-----------------------------------	------------------

Código: SOF1-020-1

Registro MS: 81472060008

Apresentação: Kit com 20 testes

Lote:24361-03

Data de Fabricação: 02/09/2024

Data de Validade: 02/09/2025

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Aspectos Reagente	limpido sem precipitação	Conforme
pH do Reagente	8,5	Conforme
Aspecto da Fita	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Aspecto do Cassete	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Linha Controle	Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
Controle Negativo	Apenas a Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
Controle Positivo	Linha colorida na região do Controle (C) validando o teste e Linha colorida na região do Teste (T)	Conforme

Situação do teste: (x) APROVADO () REPROVADO

Itu - SP, 06 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP