

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 00812/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar Cromogênico ESBL		Data de Emissão: 07/12/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22077H	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
04/12/2024	03/04/2024	24493-03

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,6 – 7,0	6,8

Controle de Qualidade			
Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Escherichia coli</i> NCTC 13351	Positivo	Crescimento bom – Colônias rosa a Roxo	Conforme
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 700603	Positivo	Crescimento bom – Colônias verde azuladas	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Negativo	Inibido	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 07 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP