

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 00901/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

Produto: Ágar PCA

Data de Emissão: 08/01/2024

Código: 300M22017**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24013-02**Data de Fabricação:** 03/01/2024**Data de Validade:** 02/04/2024

Código	Componente	Lote Nº
300M22017	Ágar PCA	24013-02

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar claro, levemente opalescente	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,2	7,0

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli CCCD E903	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme
Staphylococcus aureus CCCD S007	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme
Bacillus subtilis	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 08 de Janeiro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP