AdvaGen	**FORMULÁRIO**	**FR 02 001**
	CERTIFICADO DE ANÁLISE	**Nº:** 01010/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02	**Produto:** Ágar TSA Sangue	Data de Emissão: 07/10/2024

Código: 300M22022 **Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas

Lote: 24405-01 **Data de Fabricação:** 04/10/2024 **Data de Validade:** 02/01/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22022	Ágar TSA Sangue	24405-01

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7.3 ± 0.2	7,2

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Hemólise Gama: Enterococcus faecalis ATCC 29212	Positivo	Presença de halo transparente ao redor das colônias. Lise total dos eritrócitos. Hemólise Beta positiva.	Conforme
Hemólise Beta: Staphylococcus aureus ATCC 25923	Positivo	Presença de halo esverdeado ao redor das colônias. Lise parcial dos eritrócitos. Hemólise Alfa positiva.	Conforme
Hemólise Alfa: *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619	Negativo	Ausência de halos ao redor das colônias. Eritrócitos íntegros. Sem hemólise.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35ºC	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27ºC	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO ( ) REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 07 de Outubro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP