



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 01209/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar PCA

Data de Emissão: 07/09/2024

Código: 300M22017

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24363-04

Data de Fabricação: 04/09/2024

Data de Validade: 02/01/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22017	Ágar PCA	24363-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar claro, levemente opalescente	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,2	7,0

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme
Bacillus subtilis ATCC 6633	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 07 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP