

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 01212/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar SS		Data de Emissão: 08/12/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22021	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
05/12/2024	04/04/2025	24494-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho alaranjado.	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,4	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Salmonella entérica ATCC 6962	Positivo	Crescimento excelente. Colônias com centro negro	Conforme
Shigella flexneri ATCC 129022	Positivo	Crescimento razoável a bom. Colônias cor de rosa-claro a incolores	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Crescimento inibido.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 08 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP