

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 01401/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

**Produto:** Ágar CLED**Data de Emissão:** 08/01/2024**Código:** 300M22008**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24013-07**Data de Fabricação:** 03/01/2024**Data de Validade:** 02/04/2024

| <b>Código</b> | <b>Componente</b> | <b>Lote Nº</b> |
|---------------|-------------------|----------------|
| 300M22008     | Ágar CLED         | 24013-07       |

**Análises Físico-Químicas**

| <b>Parâmetro Analisado</b> | <b>Especificação</b> | <b>Resultado encontrado</b> |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Coloração</b>           | Azul Esverdeado      | Conforme                    |
| <b>Espessura</b>           | 4,0mm                | Conforme                    |
| <b>pH:</b>                 | 7,0 – 7,5            | 7,1                         |

**Controle de Qualidade**

| <b>Cepas</b>                       | <b>Controle</b> | <b>Especificação</b>                                                                            | <b>Resultado encontrado</b> |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Escherichia coli CCDC E903</b>  | Positivo        | Crescimento moderado a denso, colônias medias ou grandes amareladas.<br>*Após 48hs de incubação | Conforme                    |
| <b>Proteus vulgaris ATCC 13315</b> | Positivo        | Crescimento moderado a denso, colônias azuis translúcidas.                                      | Conforme                    |

| <b>Incubação</b>     | <b>Especificação</b>  | <b>Resultado encontrado</b> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>24 horas 35°C</b> | Não houve crescimento | Conforme                    |
| <b>72 horas 27°C</b> | Não houve crescimento | Conforme                    |

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 08 de Janeiro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP