



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 01407/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Manitol

Data de Emissão: 06/07/2024

Código: 300M22012

Registro MS: 81472060002

Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24273-04

Data de Fabricação: 03/07/2024

Data de Validade: 31/10/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22012	Ágar Manitol	24273-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Rosa avermelhado, levemente opalescente	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,3 – 7,6	7,5

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Positivo	Crescimento excelente, colônias amareladas	Conforme
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Positivo	Crescimento excelente, colônias vermelhas	Conforme
Escherichia coli ATCC 25922	Negativo	Inibição total	Conforme
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Negativo	Inibição total	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 06 de Julho de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP