

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 01412/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar TSA Sangue		Data de Emissão: 09/12/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22023	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote Nº
06/12/2024	06/03/2025	24495-02

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7.3 ± 0.2	7,2

Controle de Qualidade			
Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Hemólise Gama: <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Positivo	Presença de halo transparente ao redor das colônias. Lise total dos eritrócitos. Hemólise Beta positiva.	Conforme
Hemólise Beta: <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Positivo	Presença de halo esverdeado ao redor das colônias. Lise parcial dos eritrócitos. Hemólise Alfa positiva.	Conforme
Hemólise Alfa: <i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Negativo	Ausência de halos ao redor das colônias. Eritrócitos íntegros. Sem hemólise.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico
Itu - SP, 09 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP