



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 01505/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Chocolate Suplementado

Data de Emissão: 09/05/2024

Código: 300M22007

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24191-04

Data de Fabricação: 06/05/2024

Data de Validade: 04/08/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22007	Ágar Chocolate Suplementado	24191-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Castanho escuro - Chocolate	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,2 – 7,4	7,3

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Haemophilus influenza</i> ATCC 10211	Positivo	Dimensões pequenas (1mm), úmidas, aspecto de pérola	Conforme
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 49226	Positivo	Dimensões pequenas (1 a 2 mm), de incolores a brancas acinzentadas e mucoides	Conforme
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Positivo	Colônias baixas, de dimensões pequenas (1 a 3mm), habitualmente brilhantes, com coloração esverdeada	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 09 de Maio de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP