



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 01705/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Mueller Hinton 90x15mm

Data:10/05/2024

Código: 300M22014

Registro MS: 81472060007 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24192-02

Data de Fabricação: 07/05/2024 Data de Validade: 04/09/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22014	Ágar Mueller Hinton	24192-02

## Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo palha	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,2 – 7,4	7,3

## Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 29906	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Positivo	Crescimento excelente, colônias brancas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico.

Itu - SP, 10 de Maio de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP