



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 02005/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 02	<b>Produto:</b> Ágar Sabouraud com Cloranfenicol	Data de Emissão: 10/05/2024

**Código:** 300M22018      **Registro MS:** 81472060002      **Apresentação:** Embalagem com 10 placas  
**Lote:** 24192-05      **Data de Fabricação:** 07/05/2024      **Data de Validade:** 04/09/2024

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300M22018	Ágar Sabouraud c/ Cloranfenicol	24192-05

#### Análises Físico-Químicas

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Coloração</b>	Amarelo claro opalescente.	Conforme
<b>Espessura</b>	4,0mm	Conforme
<b>pH:</b>	5,5 – 5,7	5,6

#### Controle de Qualidade

<b>Cepas</b>	<b>Controle</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Cândida albicans CCCD CC001</b>	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme
<b>Aspergillus niger</b>	Positivo	Crescimento excelente.	Conforme
<b>Escherichia coli CCCD E903</b>	Negativo	Inibição parcial a total	Conforme

<b>Incubação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( x ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 10 de maio de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP