

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 02012/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar Cromogênico KPC		Data de Emissão: 13/12/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22073H	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
09/12/2024	08/04/2025	24501-05

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 ± 0,2	7,1

Controle de Qualidade			
Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-1705	Positivo	Crescimento bom – presença de colônias Verde-azuladas.	Conforme
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Negativo	Inibição total	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Negativo	Inibição total	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 60193	Negativo	Inibição total	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Negativo	Inibição total	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico
Itu - SP, 13 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP