



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 02102//2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 00

Produto: SARS-CoV-2 Ag LF

Data de Emissão: 12/02/2024

Código: CAG 1-020-2

Registro MS: 81472060030

Apresentação: Kit com 20 testes

Lote: 24061-08

Data de Fabricação: 05/02/2024

Data de Validade: 05/02/2025

| Código      | Componente       | Lote N°  |
|-------------|------------------|----------|
| CAG 1-020-2 | SARS-CoV-2 Ag LF | 24061-08 |

## Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação                               | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Aspecto da Fita     | Integra, sem qualquer detalhe interferente. | Conforme             |
| Tampão de Extração  | Líquido límpido sem precipitado             | Conforme             |
| Espessura           | 3,1mm                                       | 3,1mm                |

## Controle de Qualidade

| Controle | Especificação | Resultado encontrado |
|----------|---------------|----------------------|
| Positivo | Reagente      | Conforme             |
| Negativo | Não reagente  | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 12 de Fevereiro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP