



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 02105/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar BHI

Data de Emissão: 10/05/2024

Código: 300M22003

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24192-06

Data de Fabricação: 07/05/2024

Data de Validade: 04/09/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22003	Ágar BHI	24192-06

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,1 – 7,4	7,3

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli CCCD E903	Positivo	Crescimento bom	Conforme
Cândida albicans CCCD CC001	Positivo	Crescimento bom	Conforme
Streptococcus pneumoniae	Positivo	Crescimento bom	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 10 de Maio de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP