

|   |                               |                       |
|---|-------------------------------|-----------------------|
|  | <b>FORMULÁRIO</b>             | <b>FR 02 001</b>      |
|   | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b> | <b>Nº: 02112/2024</b> |

**INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

|            |  |                             |
|------------|--|-----------------------------|
| Versão: 03 | <b>Produto:</b> Ágar Cromogênico Urina Bipartida | Data de Emissão: 13/12/2024 |
|------------|--|-----------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Medida:</b> 90x15      | <b>Apresentação:</b> Embalagem com 10 placas |
| <b>Código:</b> 300M22075H | <b>Registro MS:</b> 81472060002              |

|                           |                         |                |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Data de Fabricação</b> | <b>Data de Validade</b> | <b>Lote N°</b> |
| 10/12/2024                | 09/04/2025              | 24502-01       |

**Análises Físico-Químicas**

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Coloração           | Âmbar         | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm         | Conforme             |
| pH:                 | 6,0 – 6,3     | 6,1                  |

**Controle de Qualidade**

| Cepas                                   | Controle | Especificação  | Resultado encontrado |
|---|----------|--|----------------------|
| <b>Escherichia coli ATCC 25922</b>      | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.         | Conforme             |
| <b>Klebsiella pneumoniae ATCC 13883</b> | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, cor azul esverdeado        | Conforme             |
| <b>Enterococcus faecalis ATCC 29212</b> | Positivo | Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa                   | Conforme             |
| <b>Proteus mirabilis ATCC 29906</b>     | Positivo | Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado. | Conforme             |
| <b>Staphylococcus aureus ATCC 25923</b> | Positivo | Presença de colônias brancas.                                      | Conforme             |

| Incubação            | Especificação         | Resultado encontrado |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>24 horas 35°C</b> | Não houve crescimento | Conforme             |
| <b>72 horas 27°C</b> | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 13 de Dezembro de 2024

|                            |                            |                    |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Analisado por</b>       | Augusto Peron Nunes        | Qualidade          |
| <b>Revisado e Aprovado</b> | Natalia Venturinelli Nobre | RT / CRBM 28001/SP |