



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 02210/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 02	<b>Produto:</b> Ágar Cromogênico ESBL 90x15mm	Data de Emissão: 13/10/2024

**Código:** 300M22077H      **Registro MS:** 81472060002      **Apresentação:** Embalagem com 10 placas  
**Lote:** 24414-02      **Data de Fabricação:** 10/10/2024      **Data de Validade:** 07/02/2025

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300M22077H	Ágar Cromogênico ESBL	24414-02

#### Análises Físico-Químicas

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Coloração</b>	Âmbar	Conforme
<b>Espessura</b>	4,0mm	Conforme
<b>pH:</b>	6,6 – 7,0	6,8

#### Controle de Qualidade

<b>Cepas</b>	<b>Controle</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b><i>Escherichia coli</i> NCTC 13351</b>	Positivo	Crescimento bom – Colônias rosa a Roxo	Conforme
<b><i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 700603</b>	Positivo	Crescimento bom – Colônias verde azuladas	Conforme
<b><i>Candida albicans</i> ATCC 10231</b>	Negativo	Inibido	Conforme

<b>Incubação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>24 horas 36°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 36°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 13 de Outubro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP