



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 02211/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Solução Salina 0,85%

Data de Emissão: 08/11/2024

Código: 300S14001 / 300S14002 Registro MS: 81472060028 Apresentação: com 25 / 50 tubos

Lote: 24416-04

Data de Fabricação: 05/11/2024

Data de Validade: 12/10/2025

Código	Componente	Lote N°
300S14001 / 300S14002	Solução Salina 0,85%	24416-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Transparente	Conforme
Volume	2ml – 3ml	3ml
pH:	6,98 – 7,02	6,99

Controle de Qualidade

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 08 de Novembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP