

	<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 02212/2024</b>
<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 03	<b>Produto: Ágar SS</b>	Data de Emissão: 13/12/2024

<b>Medida:</b> 90x15	<b>Apresentação:</b> Embalagem com 10 placas
<b>Código:</b> 300M22021	<b>Registro MS:</b> 81472060002

<b>Data de Fabricação</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>Lote N°</b>
10/12/2024	09/04/2025	24502-02

#### Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
<b>Coloração</b>	Vermelho alaranjado.	Conforme
<b>Espessura</b>	4,0mm	Conforme
<b>pH:</b>	7,0 – 7,4	7,1

#### Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<b>Salmonella entérica ATCC 6962</b>	Positivo	Crescimento excelente. Colônias com centro negro	Conforme
<b>Shigella flexneri ATCC 129022</b>	Positivo	Crescimento razoável a bom. Colônias cor de rosa-claro a incolores	Conforme
<b>Staphylococcus aureus ATCC 25923</b>	Negativo	Crescimento inibido.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 13 de Dezembro de 2024

<b>Analisado por</b>	Augusto Peron Nunes	Qualidade
<b>Revisado e Aprovado</b>	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP