

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 02512/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Kit Sangue Oculto		Data de Emissão: 13/12/2024

Quantidade: 20 testes	Apresentação: Kit
Código: SOF1-020-1	Registro MS: 81472060008

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
10/12/2024	11/11/2025	24461-01

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Aspectos Reagente	limpido sem precipitação	Conforme
pH do Reagente	8,5	Conforme
Aspecto da Fita	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Aspecto do Cassete	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Linha Controle	Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
Controle Negativo	Apenas a Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
Controle Positivo	Linha colorida na região do Controle (C) validando o teste e Linha colorida na região do Teste (T)	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 13 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP