



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 02610/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Mueller Hinton 90x15mm

Data: 14/10/2024

Código: 300M22014

Registro MS: 81472060007 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24415-03

Data de Fabricação: 11/10/2024 Data de Validade: 08/02/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22014	Ágar Mueller Hinton	24415-03

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo palha	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,2 – 7,4	7,3

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 29906	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Positivo	Crescimento excelente, colônias incolores.	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Positivo	Crescimento excelente, colônias brancas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 36°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico.

Itu - SP, 14 de Outubro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP