

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 02811/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 01

Data de Revisão: 25/11/2018

Data de Emissão: 12/11/2024

**Nome do Produto:** Agar Muller Hinton 150x15 **Código:** 300M22013 **Registro MS:** 81472060007**Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:**24455-01**Data de Fabricação:** 08/11/2024**Data de Validade:** 08/03/2025

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300M22013	Agar Muller Hinton	24455-01

**Análises Físico-Químicas**

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Coloração</b>	Amarelo palha	Conforme
<b>Espessura</b>	3,0 – 4,0mm	4,0mm
<b>pH:</b>	7,0 – 7,4	7,1

**Controle de Qualidade**

<b>Escherichia coli ATCC 25922</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado</b>	<b>Liberação</b>
<b>Ampicilina 10µg</b>	15,0 – 22,0mm	20mm	Conforme
<b>Cefazolina 30µg</b>	21,0 – 27,0mm	24 mm	Conforme
<b>Gentamicina 10µg</b>	19,0 – 26,0mm	23mm	Conforme
<b>Nitrofurantoina 100µg</b>	17,0 – 23,0mm	21mm	Conforme
<b>Sulfametoxazol 25µg</b>	23,0 – 29,0mm	27mm	Conforme

<b>Staphylococcus aureus ATCC29213</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado</b>	<b>Liberação</b>
<b>Amicacina 30µg</b>	18,0 – 24,0mm	20mm	Conforme
<b>Oxacilina 1µg</b>	19,0 – 25,0mm	22mm	Conforme
<b>Gentamicina 10µg</b>	19,0 – 25,0mm	23mm	Conforme
<b>Nitrofurantoina 100µg</b>	17,0 – 23,0mm	20mm	Conforme
<b>Sulfametoxazol 25µg</b>	26,0 – 32,0mm	30mm	Conforme

<b>Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado</b>	<b>Liberação</b>
<b>Ceftazidima 30µg</b>	25,0 – 31,0mm	27mm	Conforme
<b>Imipenem 10µg</b>	20,0 – 28,0mm	23mm	Conforme
<b>Amicacina 30µg</b>	20,0 – 26,0mm	24mm	Conforme
<b>Gentamicina 10µg</b>	17,0 – 23,0mm	18mm	Conforme



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 02811/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 01	Data de Revisão: 25/11/2018	Data de Emissão: 12/11/2024

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
<b>24 horas 36°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 25°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( x ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 12 de Novembro de 2024.

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP