



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 02910/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 02	Produto: Ágar SS	Data de Emissão: 17/10/2024

Código: 300M22021 **Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas
Lote: 24421-03 **Data de Fabricação:** 14/10/2024 **Data de Validade:** 11/02/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22021	Ágar SS	24421-03

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Vermelho alaranjado.	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	7,0 – 7,4	7,1

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Salmonella entérica ATCC 6962	Positivo	Crescimento excelente. Colônias com centro negro	Conforme
Shigella flexneri ATCC 129022	Positivo	Crescimento razoável a bom. Colônias cor de rosa-claro a incolores	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Crescimento inibido.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 17 de Outubro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP