

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 03112/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Kit Zika NS1 Ag LF	Data de Emissão: 19/12/2024	

Quantidade: 25 testes	Apresentação: Kit
Código: ZKV NS1001/25	Registro MS: 81472060017

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote N°
16/12/2024	11/12/2025	24503-02

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Aspecto da Fita	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Tampão de Extração	Líquido límpido sem precipitado	Conforme
Espessura	3,1mm	3,1mm

Controle de Qualidade

Controle	Especificação	Resultado encontrado
Positivo	Reagente	Conforme
Negativo	Não reagente	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 19 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP