

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 03209/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 02

**Produto:** Ágar Cromogênico Urina Tripartida**Data de Emissão:** 14/09/2024**Código:** 300M22028TH**Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24374-01**Data de Fabricação:** 11/09/2024**Data de Validade:** 10/01/2025

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300M22028	Ágar Cromogênico Urina Tripartida	24374-01

**Análises Físico-Químicas**

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Coloração</b>	Âmbar	Conforme
<b>Espessura</b>	4,0mm	Conforme
<b>pH:</b>	6,0 – 6,3	6,1

**Controle de Qualidade**

<b>Cepas</b>	<b>Controle</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>Escherichia coli ATCC 25922</b>	Positivo	Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.	Conforme
<b>Klebsiella pneumoniae ATCC 13883</b>	Positivo	Presença de colônias com tamanho médio, cor azul esverdeado	Conforme
<b>Enterococcus faecalis ATCC 29212</b>	Positivo	Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa	Conforme
<b>Proteus mirabilis ATCC 29906</b>	Positivo	Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado.	Conforme
<b>Staphylococcus aureus ATCC 25923</b>	Positivo	Presença de colônias brancas.	Conforme

<b>Incubação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Resultado encontrado</b>
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO

( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 14 de Setembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP