



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 03401/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 01	<b>Produto:</b> Urease Test Kit	Data: 09/01/2024

**Código:** 300F03001      **Registro MS:** 81472060001      **Apresentação:** Embalagem com 50 tubos  
**Lote:** 23451-08C      **Data de Fabricação:** 06/11/2023      **Data de Validade:** 06/11/2024

Código	Componente	Lote N°
300F03001	Urease Test Kit	23451-08C

**Análises Físico-Químicas**

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo Citrino	Conforme
Volume	0,5 ml	Conforme
pH:	4,5 - 4,9	4,9

**Controle de Qualidade**

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Proteus mirabilis</i>	Positivo	Coloração rosada em < 5 min	Conforme
<i>Escherichia coli</i>	Negativo	Não há alteração em até 30min	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( x ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 09 de Dezembro de 2023

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001