



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 03410/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico Urina Bipartida

Data de Emissão: 18/10/2024

Código: 300M22075H

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24422-01

Data de Fabricação: 15/10/2024

Data de Validade: 12/02/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22028	Ágar Cromogênico Urina Bipartida	24422-01

## Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,0 – 6,3	6,1

## Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<b>Escherichia coli ATCC 25922</b>	Positivo	Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.	Conforme
<b>Klebsiella pneumoniae ATCC 13883</b>	Positivo	Presença de colônias com tamanho médio, cor azul esverdeado	Conforme
<b>Enterococcus faecalis ATCC 29212</b>	Positivo	Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa	Conforme
<b>Proteus mirabilis ATCC 29906</b>	Positivo	Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado.	Conforme
<b>Staphylococcus aureus ATCC 25923</b>	Positivo	Presença de colônias brancas.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO

( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 18 de Outubro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP