



## FORMULÁRIO

FR 02 001

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 03905/2024

## INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Cromogênico Urina 90x15

Data de Emissão: 13/05/2024

Código: 300M22027H

Registro MS: 81472060002 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24195-01

Data de Fabricação: 10/05/2024

Data de Validade: 07/09/2024

| Código    | Componente                   | Lote Nº  |
|-----------|------------------------------|----------|
| 300M22027 | Ágar Cromogênico Urina 90x15 | 24195-01 |

## Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|---------------------|---------------|----------------------|
| Coloração           | Âmbar         | Conforme             |
| Espessura           | 4,0mm         | Conforme             |
| pH:                 | 7,2 ± 0,2     | 7,2                  |

## Controle de Qualidade

| Cepas                            | Controle | Especificação                                                      | Resultado encontrado |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Escherichia coli ATCC 25922      | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, de coloração rosa.         | Conforme             |
| Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 | Positivo | Presença de colônias com tamanho médio, cor azul escuro            | Conforme             |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Positivo | Presença de colônias pequenas, cor azul turquesa                   | Conforme             |
| Proteus mirabilis ATCC 29906     | Positivo | Presença de colônias castanho alaranjado, com um halo acastanhado. | Conforme             |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Positivo | Presença de colônias brancas/creme.                                | Conforme             |

| Incubação     | Especificação         | Resultado encontrado |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 24 horas 35°C | Não houve crescimento | Conforme             |
| 72 horas 27°C | Não houve crescimento | Conforme             |

Situação do teste: ( X ) APROVADO

( ) REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 13 de Maio de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP