

	<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 04112/2024</b>

**INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 03	<b>Produto:</b> Ágar Cromogênico MRSA	Data de Emissão: 23/12/2024
------------	---------------------------------------	-----------------------------

<b>Medida:</b> 90x15	<b>Apresentação:</b> Embalagem com 10 placas
<b>Código:</b> 300M22080H	<b>Registro MS:</b> 81472060002

<b>Data de Fabricação</b>	<b>Data de Validade</b>	<b>Lote N°</b>
18/12/2024	17/04/2025	24513-03

**Análises Físico-Químicas**

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
<b>Coloração</b>	Lilás a roxo claro	Conforme
<b>Espessura</b>	4,0mm	Conforme
<b>pH:</b>	7,2 – 7,6	7,4

**Controle de Qualidade**

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<b><i>Staphylococcus aureus MRSA</i> ATCC 43300</b>	Positivo	Crescimento bom - Amarelo esverdeado (Nota: a coloração pode mudar após 48 horas de incubação)	Conforme
<b><i>Escherichia coli</i> ATCC 25922</b>	Negativa	Inibido	Conforme
<b><i>Candida albicans</i> ATCC 10231</b>	Negativo	Inibido	Conforme
<b><i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i> ATCC 25923</b>	Negativo	Inibido	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
<b>24 horas 36°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 36°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 23 de Dezembro de 2024

<b>Analisado por</b>	Augusto Peron Nunes	Qualidade
<b>Revisado e Aprovado</b>	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP