



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 04409/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 02	Produto: Ágar Chocolate	Data de Emissão: 19/09/2024

Código: 300M22005 **Registro MS:** 81472060003 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas
Lote: 24381-02 **Data de Fabricação:** 16/09/2024 **Data de Validade:** 15/12/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22005	Ágar Chocolate	24381-02

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Castanho escuro - Chocolate	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,9 – 7,3	7,2

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Haemophilus influenza ATCC 10211	Positivo	Crescimento excelente	Conforme
Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226	Positivo	Crescimento excelente	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 19 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP