

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 04512/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar MacConkey		Data de Emissão: 26/12/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22011	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote Nº
20/12/2024	19/04/2025	24515-03

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Rosa avermelhado	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	pH 7,1 ± 0,2	7,1

Controle de Qualidade			
Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Escherichia coli ATCC 25922	Positivo	Colônias cor de rosa com precipitados.	Conforme
Proteus mirabilis ATCC 29906	Positivo	Colônias incolores.	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Inibição completa.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 26 de Dezembro de 2024

Analizado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP