

	FORMULÁRIO		FR 02 001
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº: 04612/2024
INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE			
Versão: 03	Produto: Ágar Cromogênico VRE		Data de Emissão: 26/12/2024

Medida: 90x15	Apresentação: Embalagem com 10 placas
Código: 300M22078H	Registro MS: 81472060002

Data de Fabricação	Data de Validade	Lote Nº
20/12/2024	19/04/2025	24515-04

Análises Físico-Químicas		
Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,5 ± 0,2	6,1

Controle de Qualidade			
Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Enterococcus faecalis (VRE) ATCC 51299	Positivo	Crescimento bom – presença de colônias Verde-azuladas.	Conforme
Enterococcus faecalis ATCC 29212	Negativo	Inibição total	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	Negativo	Inibição total	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 37°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 37°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 26 de Dezembro de 2024

Analisado por	Augusto Peron Nunes	Qualidade
Revisado e Aprovado	Natalia Venturinelli Nobre	RT / CRBM 28001/SP