



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 04809/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 00	Produto: Dengue IgG / IgM	Data de Emissão: 16/09/2024

Código: DG00120
Lote: 24381-04

Registro MS: 81472060009
Data de Fabricação: 16/09/2024

Apresentação: Kit com 20 testes
Data de Validade: 16/09/2025

Código	Componente	Lote N°
DG00120	Dengue IgG / IgM	24381-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Aspecto da Fita	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Tampão de Extração	Líquido límpido sem precipitado	Conforme
Espessura	3,1mm	3,1mm

Controle de Qualidade

Controle	Especificação	Resultado encontrado
Positivo	Reagente	Conforme
Negativo	Não reagente	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 16 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP