



FORMULÁRIO

FR 02 001

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº: 05101/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 02

Produto: Ágar Chocolate

Data de Emissão: 12/01/2024

Código: 300M22005

Registro MS: 81472060003 Apresentação: Embalagem com 10 placas

Lote: 24022-02

Data de Fabricação: 09/01/2024

Data de Validade: 08/04/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22005	Ágar Chocolate	24022-02

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Castanho escuro - Chocolate	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,9 – 7,3	7,2

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
Haemophilus influenza ATCC 10211	Positivo	Crescimento excelente	Conforme
Neisseria gonorrhoeae	Positivo	Crescimento excelente	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 35°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 27°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 12 de Janeiro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP