



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 05110/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE

Versão: 00	Produto: Kit Sangue Oculto	Data: 21/10/2024
------------	-----------------------------------	------------------

Código: SOF1-020-1**Registro MS:** 81472060008**Apresentação:** Kit com 20 testes**Lote:**24423-06**Data de Fabricação:** 15/10/2024**Data de Validade:** 15/10/2025**Análises Físico-Químicas**

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Aspectos Reagente	limpido sem precipitação	Conforme
pH do Reagente	8,5	Conforme
Aspecto da Fita	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Aspecto do Cassete	Integra, sem qualquer detalhe interferente.	Conforme
Linha Controle	Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
Controle Negativo	Apenas a Linha colorida na região do Controle (C)	Conforme
Controle Positivo	Linha colorida na região do Controle (C) validando o teste e Linha colorida na região do Teste (T)	Conforme

Situação do teste: (x) APROVADO () REPROVADO

Itu - SP, 21 de Outubro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP