



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 05209/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 02	Produto: Ágar Mycosel 90x15mm	Data de Emissão: 20/09/2024

Código: 300M22070H **Registro MS:** 81472060002 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas
Lote: 24382-04 **Data de Fabricação:** 17/09/2024 **Data de Validade:** 15/01/2025

Código	Componente	Lote N°
300M22070H	Ágar Mycosel	24382-04

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Âmbar claro.	Conforme
Espessura	4,0mm	Conforme
pH:	6,5 – 6,7	6,5

Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Positivo	Crescimento bom a ótimo	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Negativo	Inibido	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Negativo	Inibido	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 25°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 25°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 20 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP