

**FORMULÁRIO****FR 02 001****CERTIFICADO DE ANÁLISE****Nº: 05409/2024****INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE**

Versão: 01

Data de Revisão: 25/11/2018

Data de Emissão: 20/09/2024

Nome do Produto: Agar Muller Hinton Sangue 150x15**Código:** 300M22013**Registro MS:** 81472060007 **Apresentação:** Embalagem com 10 placas**Lote:** 24382-06**Data de Fabricação:** 17/09/2024**Data de Validade:** 16/12/2024

Código	Componente	Lote N°
300M22013	Agar Muller Hinton Sangue	24382-06

Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
Coloração	Amarelo palha	Conforme
Espessura	3,0 – 4,0mm	4,0mm
pH:	7,0 – 7,4	7,2

Controle de Qualidade

Escherichia coli ATCC 25922	Especificação	Resultado	Liberação
Ampicilina 10µg	16,0 – 22,0mm	17mm	Conforme
Cefalotina 30µg	15,0 – 21,0mm	20mm	Conforme
Gentamicina 10µg	19,0 – 26,0mm	25mm	Conforme
Nitrofurantoina 300µg	20,0 – 25,0mm	22mm	Conforme
Sulfametoxazol 25µg	23,0 – 29,0mm	24mm	Conforme

Staphylococcus aureus ATCC25923	Especificação	Resultado	Liberação
Penicilina 10UI	26,0 – 37,0mm	35mm	Conforme
Oxacilina 1µg	18,0 – 24,0mm	21mm	Conforme
Gentamicina 10µg	19,0 – 27,0mm	24mm	Conforme
Nitrofurantoina 300µg	18,0 – 22,0mm	20mm	Conforme
Sulfametoxazol 25µg	24,0 – 32,0mm	30mm	Conforme

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Especificação	Resultado	Liberação
Ceftazidima 30µg	22,0 – 29,0mm	23mm	Conforme
Imipenem 10µg	20,0 – 28,0mm	22mm	Conforme
Amicacina 30µg	18,0 – 26,0mm	20mm	Conforme
Gentamicina 10µg	16,0 – 21,0mm	20mm	Conforme



FORMULÁRIO	FR 02 001
CERTIFICADO DE ANÁLISE	Nº: 05409/2024

INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE		
Versão: 01	Data de Revisão: 25/11/2018	Data de Emissão: 20/09/2024

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
24 horas 37°C	Não houve crescimento	Conforme
72 horas 25°C	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: (x) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 20 de Setembro de 2024.

Responsável Técnico
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP