



<b>FORMULÁRIO</b>	<b>FR 02 001</b>
<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>	<b>Nº: 05511/2024</b>

<b>INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE</b>		
Versão: 02	<b>Produto:</b> Ágar MacConkey	Data de Emissão: 18/11/2024

**Código:** 300M22011      **Registro MS:** 81472060002      **Apresentação:** Embalagem com 10 placas  
**Lote:** 24463-04      **Data de Fabricação:** 13/11/2024      **Data de Validade:** 13/03/2025

<b>Código</b>	<b>Componente</b>	<b>Lote N°</b>
300M22011	Ágar MacConkey	24463-04

#### Análises Físico-Químicas

Parâmetro Analisado	Especificação	Resultado encontrado
<b>Coloração</b>	Rosa Avermelhado	Conforme
<b>Espessura</b>	4,0mm	Conforme
<b>pH:</b>	pH 7,1 ± 0,2	7,1

#### Controle de Qualidade

Cepas	Controle	Especificação	Resultado encontrado
<b>Escherichia coli ATCC 25922</b>	Positivo	Colônias cor de rosa com precipitados.	Conforme
<b>Proteus mirabilis ATCC 29906</b>	Positivo	Colônias incolores.	Conforme
<b>Staphylococcus aureus ATCC 25923</b>	Negativo	Inibição completa.	Conforme

Incubação	Especificação	Resultado encontrado
<b>24 horas 35°C</b>	Não houve crescimento	Conforme
<b>72 horas 27°C</b>	Não houve crescimento	Conforme

Situação do teste: ( X ) APROVADO      ( ) REPROVADO

**Resultado:** Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 18 de Novembro de 2024

Responsável Técnica  
Natalia Venturinelli Nobre  
CRBM 28001/SP