



| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| FORMULÁRIO | FR 02 001 |
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | Nº: 05709/2024 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| INSPEÇÃO E ENSAIOS DE ACEITAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE LOTE | | |
| Versão: 00 | Produto: Chikungunya LF IgG / IgM | Data de Emissão: 20/09/2024 |

Código: CHIKV-001-25
Lote: 24381-05

Registro MS: 81472060015
Data de Fabricação: 16/09/2024

Apresentação: Kit com 25 testes
Data de Validade: 16/09/2025

| Código | Componente | Lote N° |
|---------------|--------------------------|----------------|
| CHIKV-001-25 | Chikungunya LF IgG / IgM | 24381-05 |

Análises Físico-Químicas

| Parâmetro Analisado | Especificação | Resultado encontrado |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| Aspecto da Fita | Integra, sem qualquer detalhe interferente. | Conforme |
| Tampão de Extração | Líquido límpido sem precipitado | Conforme |
| Espessura | 3,1mm | 3,1mm |

Controle de Qualidade

| Controle | Especificação | Resultado encontrado |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Positivo | Reagente | Conforme |
| Negativo | Não reagente | Conforme |

Situação do teste: (X) APROVADO () REPROVADO

Resultado: Todos os testes feitos foram aprovados pelo controle de qualidade e responsável técnico

Itu - SP, 20 de Setembro de 2024

Responsável Técnica
Natalia Venturinelli Nobre
CRBM 28001/SP